



গণ বিশ্ববিদ্যালয়  
সাভার, ঢাকা।

## দরপত্র আহ্বান

তারিখ: ০২/০৪/২০২৪ খ্রিঃ

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগের জন্য সংযুক্ত তালিকায় উল্লেখিত যন্ত্রপাতি সমূহ (Lot -D) ক্রয়ের নিমিত্তে প্রকৃত ও বৈধ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে দরপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানসমূহকে সংযুক্ত তালিকা অনুযায়ী দরপত্র সীলমোহরকৃত খামে অথবা লেটারহেড প্যাডে সীল স্বাক্ষরসহ এবং ট্রেড লাইসেন্স এর কপিসহ গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টোর অফিসে রক্ষিত টেন্ডার বক্রে আগামী ১৭/০৪/২০২৪ ইং তারিখে দুপুর ১:০০ ঘটিকার মধ্যে জমা প্রদানের জন্যে অনুরোধ করা যাচ্ছে। উল্লেখিত তারিখে দুপুর ২:০০ ঘটিকায় উপস্থিত দরদাতাদের (যদি কেউ থাকেন) সামনে সকল দরপত্র উন্মুক্ত করা হবে।

উল্লেখ্য যে, কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন সময় সকল দরপত্র বাতিল বা গ্রহণ করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

*Dr. Nurul Islam*  
2-4-24

(অধ্যাপক ড. মোঃ নুরুল ইসলাম)

সভাপতি

টেন্ডার ও কোটেশন কমিটি

সদয় জ্ঞাতার্থে-

১. উপাচার্য, গণ বিশ্ববিদ্যালয়।
২. কোষাধ্যক্ষ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়।
৩. রেজিস্ট্রার, গণ বিশ্ববিদ্যালয়।
৪. পরিচালক, (অর্থ ও হিসাব বিভাগ), গণ বিশ্ববিদ্যালয়।
৫. বিভাগীয় ক্রয় কমিটি, ফার্মেসী বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়।
৬. সিনিয়র সহকারী রেজিস্ট্রার, গণ বিশ্ববিদ্যালয়।
৭. আইটি বিভাগ (ওয়েবসাইটে আপলোডের জন্য), গণ বিশ্ববিদ্যালয়।
৮. সকল নোটিশ বোর্ড, গণ বিশ্ববিদ্যালয়।
৯. স্টোর কর্মকর্তা, গণ বিশ্ববিদ্যালয়।



ফার্মেসী বিভাগের যন্ত্রপাতির চাহিদা তালিকাঃ

Lot- D

ক্রমিক নং	যন্ত্রপাতির নাম	স্পেসিফিকেশন	প্রস্তুতকারক ও দেশ	পরিমান/ সংখ্যা
1.	Cell Culture Incubator	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cell Culture facility with 5% CO<sub>2</sub> airflow</li><li>• 60% Humidity</li><li>• Digital and automatic temp. control system</li></ul>	Singapore/UK/ Taiwan/China/ Germany/Italy	1 Pc
2.	Cell Culture Clean Bench	<ul style="list-style-type: none"><li>• Airstream NS (E-Series) G4 class II Type A2 Biological safety Cabinet</li><li>• Available in three sash opening models: 8", 10", and 12"</li><li>• Dimmable LED lighting system</li><li>• Centurion touchscreen controller</li><li>• Standby height that activates standby mode sustaining ISO Class 3 work zone as the fan runs at half speed</li><li>• USB port to relay operational parameters to Building Management System (BMS)</li><li>• Remote Modbus</li><li>• Default cable port</li><li>• Optional 21 CFR Compliance</li><li>• Stainless steel interior</li><li>• Single-piece work tray</li><li>• Equipped with DC ECM blower for up to 70% energy savings</li><li>• Low power consumption</li></ul>	Singapore/UK/ Taiwan/China/ Germany/Italy	1 pc

*Dr. M. R. Hossain*  
2.4.24  
(অধ্যাপক ড. মোঃ নূরুল ইসলাম)  
সভাপতি  
টেডার ও কোটেশন কমিটি